



ИНЭК СЕРТ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЭК СЕРТ». Аттестат аккредитации RA RU 312302

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 6889

Действительно до
01.03.2021г.

Средство измерений: Шумомер цифровой testo 816-2, Рег. № 50850-12
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 3890601

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

в соответствии с «Инструкция. Шумомеры цифровые testo 816-1, testo 816-2, testo 816-3, testo 816-4. Методика поверки. Testo-0560-8160МП»
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

с применением эталонов: Калибратор акустический 4231, ПГ=±0,3дБ, зав. № 0956;
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

генератор DS 360, ПГ=±0,1дБ, зав. № 250803000; калибратор акустический универсальный 4226, ПГ=±0,3дБ, зав. № 1836
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке


при следующих значениях влияющих факторов: Температура воздуха 20,2 °C
перечень влияющих факторов

Относительная влажность воздуха 45 %, атмосферное давление 98,5 кПа
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

пригодным к применению.

Знак поверки:



Главный метролог

Поверитель

Дата поверки
02.03.2020 г.

подпись

подпись

Соколов Александр Олегович

Кирсенко Константин Борисович